

แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติของบุคลากรในการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลผู้ป่วยเชื้อดื้อยา/เลือด/สารคัดหลั่ง  
 หน่วยงาน.....ผู้สัมภาษณ์..... ตำแหน่ง ICN/ICWN

ว/ด/ป	เรื่อง	ตำแหน่ง	การให้ข้อมูล	
			ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
<b>ระหว่างการดูแลรักษา/หลังจากย้าย/จำหน่ายผู้ป่วย(เช็ด 3 ครั้ง 3 ชม.)</b>				
	1. การทำความสะอาด พื้น ผนัง กระจก	แม่บ้าน		
	1.1 ถ้าพื้นเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง ให้ใช้กระดาษ หรือผ้าใช้แล้วทิ้งซับคราบออกให้หมด แล้วทิ้งเป็นขยะติดเชื้อ			
	1.2 ใช้ 0.5 % sodium hypochlorite/Virgon ราดและรอประมาณ 30 นาที จึงค่อยเช็ดทำความสะอาด ตามปกติ โดยใช้น้ำผสมผงซักฟอก			
	1.3 ถ้าพื้นไม่เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง ให้ใช้น้ำผสมผงซักฟอก ถูพื้นตามด้วยน้ำสะอาดและทำให้แห้ง ทำความสะอาดและซักผ้าถูพื้นด้วยผงซักฟอกและผึ่งให้แห้ง (ผ้าถูพื้นสีแดง)			
	1.4 กรณีผนังและกระจก เปลี่ยนจากไม้ถูพื้นเป็นผ้า การรดน้ำยาอาจเป็นการใช้ทดแทน			
	2. ห้องน้ำ/โถส้วม /ปั๊มชักโครก/ ฝารองนั่ง	แม่บ้าน		
	2.1 ให้น้ำยาทำความสะอาดสำหรับใช้กับห้องน้ำก่อน หลังจากนั้นจึงด้วยผ้าชุบ 0.5 % sodium hypochlorite/Virgon			
	3. การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย ได้แก่ เตียง โต๊ะข้างเตียง	คนงาน		
	โต๊ะคร่อมเตียง ราวกันเตียง ผนังหัวเตียง หมอน เบาะ เก้าอี้ เสาंनाเกลือ กรณีห้องแยก/พิเศษแยกโรค รวมประตู ลูกบิดประตู			
	3.1 ให้ใช้ผ้าชุบน้ำยา 70% alcohol/Cabiwipes เช็ดวันละ 2-3 ครั้ง			
	4. การทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ได้แก่ แผ่นกระดานเคลื่อนย้าย	PN/คนงาน		
	ผู้ป่วย ตัวปรับความดัน ตัวปรับออกซิเจน ปั๊มสัมผัสเครื่อง EKG/ เครื่องช่วยหายใจ/Infusion pump Defibrillator Stethoscope จอ monitor ชนิด LCD/LED			
	4.1 ให้ใช้ผ้าชุบน้ำยา 70% alcohol/Cabiwipes เช็ดวันละ 2-3 ครั้งตามความเหมาะสมของอุปกรณ์/เครื่องมือ			
	5. อุปกรณ์วัดความดัน	PN/คนงาน		
	5.1 ให้อัดผ้าหุ้มรัดแขนแช่ ใช้ 0.5 % sodium hypochlorite/Virgon แช่นาน 30 นาที แล้วซักด้วยผงซักฟอก ผึ่งให้แห้ง			
	5.2 ถ้าจำเป็นต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นให้วัดผู้ป่วยที่แยกเป็นรายสุดท้าย			
	5.3 ถ้ามีผู้ป่วยที่ต้องทำการแยกหลายราย ให้เช็ดด้วย 70% alcohol หลังจากวัดความดันผู้ป่วยแต่ละราย			
	6. อุปกรณ์ที่ต้องส่งทำให้ปราศจากเชื้อ เช่น Set D/S Set อื่นๆ	PN/คนงาน		
	6.1 หลังใช้งานแยกให้ใส่ถุงแดง แล้วใส่กล่องที่ทางหน่วยงานเครื่องมือ ปลอดเชื้อจัดไว้ให้ และนำส่งหน่วยงานเครื่องมือปลอดเชื้อ			
	7. เสื้อผ้าผู้ป่วย ผ้าปู ผ้าวางเตียง ผ้ายาง แยกใส่ถุงแดงส่งซักฟอก			
	8. หมอนอน (Bed Pan) /ที่รองปัสสาวะ (Urinal)	คนงาน		
	8.1 ให้ใช้ผงซักฟอกล้างทำความสะอาดก่อน แล้วเช็ดด้วยผ้าชุบ 0.5 % sodiumhypochlorite/Virgon ทำให้แห้ง			

หมายเหตุ กรณีผู้ป่วยย้าย/จำหน่าย ให้เช็ดด้วยน้ำยาข้างต้นติดต่อกัน 3 ครั้ง ทั้งไว้ 30 นาที จึงสามารถรับผู้ป่วยใหม่ได้

